

### 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	巩义市疾病预防控制中心
拟采购产品名称	移动 DR
拟采购产品金额	3360000 元
采购项目所属项目名称	巩义市秋冬季疫情防控进口物资采购项目
采购项目所属项目金额	3360000 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：根据新冠肺炎疫情防控需要及医疗救治机构申请，进口移动 DR 设备功能、图像质量及使用寿命均优于同等级别国产设备，以更高的图像和诊断需求服务于临床。	
三、专家论证意见	
详见《巩义市秋冬季疫情防控进口物资采购项目技术参数论证意见》	

巩义市秋冬季疫情防控进口物资采购项目技术参数论证意见

专家1:

国产DR在高压整流、球管焦点尺寸以及透射铝板转速等方面与进口产品有较大差异,难以满足临床的特殊需求,建议购置进口产品。

专家签字:

2020年9月18日

专家2:

目前,国产产品在体位灵活性,探测范围角度、F处理等方面,不能满足特殊病人检查要求,建议购置进口产品。

专家签字:

2020年9月18日

专家3:

目前国内同类产品存在设备质量、图像品质、使用方便性,尤其在射线防护等方面,与进口产品差距较大,建议购置进口产品。

专家签字:

2020年9月18日

专家4:

目前,国产产品在量子检出效率、图像清晰度、机械臂旋转位适应性、电池耐用性等技术和使用方面与进口产品存在差距,无法满足临床的工作需求,建议购置进口产品。

专家签字:

2020年9月18日

专家5:

该产品,目前,国产技术不能满足实际需求,且限于国家限制进口范围,建议进口方式获取,符合相关进口产品法律规定。

专家签字:

2020年9月18日